

## AANSLUITING EC-CONTROLLER C7685

### ELEKTRODES

EC-elektrode met temperatuur compensatie **zwarte** kabel:

Bruin/Rood	:	20
Metaal draad	:	21
Transparant	:	22
Oranje	:	23
Groen	:	24
Geel	:	25

### NETSPANNING

220 Volt	:	1 en 3 LET OP!!!
Aarde	:	4

### IJKEN

- Sensor droog in lucht
- Druk MODE voor display 2.....0  $\mu$ S TR:20°
- Druk CAL voor display..... ZERO COMP: 0  $\mu$ S
- Druk CAL voor display..... CAL ZERO1: .000  $\mu$ S
- De Controller ijkt ZERO in alle 5 schalen tot display toont UPDATE
- Display toont SENS: 102.0% (deze waarde kan ook afwijken van 102.0%)
- Sensor in calibratie vloeistof (b.v. 1.413  $\mu$ S (1,4 ms/cm)).
- Druk op CAL
- Druk op ENT voor display CAL S: xxxx  $\mu$ S (waarde rond ijkvloeistof waarde)
- Wacht tot R niet meer knippert
- Met ▲ en ▼ naar waarde calibratie vloeistof
- Druk op ENT verschijnt UPDATE
- Klaar om te meten!